



1821 Universidad de Buenos Aires

Informe

Número:

Referencia: Circular N° 1 _Modificatoria con CONSULTA

CIRCULAR

Nro. Circular:	1
Tipo:	Modificatoria
Organismo contratante:	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo:	Contratación Directa 19/2026
Clase:	Por Compulsa Abreviada
Modalidad:	Sin Modalidad

Expediente:	EX-2026-04124881- -UBA-DMESA#FCEN
Objeto de la contratación:	<i>"Adquisición de material de laboratorio "</i>
Fecha de Apertura	08 de septiembre de 2026 a las 11:00 hs.

DESCRIPCIÓN

En virtud de la consulta recibida en fecha 25/08/2026, respecto del RENGÓN N° 35, se procede a realizar la siguiente modificación a las Especificaciones Técnicas:

***RENGLÓN N° 35:**

- **Donde dice:**

“Junta Hembra Superior 40/38”

- **Debe decir:**

“Junta Hembra Superior 45/50”.

La descripción correcta del renglón es la siguiente: ***“Cuerpos para extractor Soxhlet fabricados en vidrio borosilicato 3.3, con junta macho inferior 24/40 (para matraz de 250 mL), junta hembra superior 45/50 y capacidad de cámara de 100 mL.”***

Las restantes especificaciones del renglón permanecen sin modificaciones.